

T4/H4

Agradecemos-lhe pela preferência que nos concedeu escolhendo um produto LAE electronic. Antes de efectuar a instalação do instrumento, leia atentamente esta folha de instruções: só assim poderá obter o máximo desempenho e segurança.

1. INSTALAÇÃO

1.1 Para fixar o instrumento na parede é necessário remover o parafuso de fecho e girar a tampa de baixo para cima. Efectuando esta operação tem-se acesso aos quatro furos de fixação colocados nos ângulos do contentor.

Atenção! As partes internas do instrumento estão ligadas à linha de alimentação (230V). Um eventual contacto com essas pode ser fatal.

1.2 O instrumento deve funcionar a temperatura ambiente, compreendida entre -10°C ... $+50^{\circ}\text{C}$ e humidade relativa compreendida entre 15%.. 80%. Para reduzir os efeitos das perturbações electromagnéticas, coloque os cabos da sonda e o próprio instrumento a uma distância adequada dos condutores de potência.

1.3 A tensão de alimentação e a disposição das conexões da sonda devem respeitar rigorosamente as indicações contidas no contentor.

CALIBRAÇÃO

2a T4: na eventualidade em que, após a substituição da sonda ou notável extensão do cabo, se deva calibrar de novo o termómetro, agir como segue: com um termómetro de referência de boa precisão, acertar-se de que as sondas estejam à mesma temperatura, mergulhando-as eventualmente num líquido. Com auxílio de uma chave de fendas, agir sobre o trimmer colocado em correspondência do furo ao lado do transformador.

2b H4: no caso de substituição da sonda de humidade relativa, o higrómetro não necessita de nenhuma calibração. Para a eventual calibração do transmissor de humidade relativa, consulte a relativa folha de instruções ou então, contacte o Seu distribuidor de zona.

GARANTIA

A LAE electronic Srl garante os seus produtos contra defeitos de fabrico e de materiais por um (1) ano a contar da data de fabrico indicada no contentor. Essa, efectuará unicamente a reparação ou a substituição dos produtos cujos defeitos sejam imputáveis a si própria e sejam acertados pelos seus serviços técnicos. Em caso de defeitos devidos a condições excepcionais de utilização, uso incorrecto e/ou alteração, anula-se toda e qualquer garantia.

Todas as despesas de transporte para a devolução do produto ao fabricante, com a sua prévia autorização, e para o eventual retorno para o comprador estão a cargo deste.

**SCHEMA DI COLLEGAMENTO - WIRING DIAGRAM
ANSCHLUßSCHEMA - SCHÉMA DE RACCORDEMENT
CONEXIÓN - ESQUEMA DE LIGAÇÃO**

